

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ HACCP (ΑΡ.ΠΡΩΤ.23265/18-10-2013), ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΒΑ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ
2015.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εργαστήριο των διακρίβώσεων πρέπει να είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005

Μετά την ολοκλήρωση των διακρίβώσεων για κάθε θερμόμετρο του εξοπλισμού θα παραχωρηθεί Πιστοποιητικό Διακρίβωσης που θα φέρει λογότυπο του ΕΣΥΔ.

Τα θερμόμετρα προς διακρίβωση είναι τα κάτωθι:

- 2 τεμάχια: Scan Temp 440 Noncontact IR-Thermometer with thermocouple socket and laser sight.
- 2 τεμάχια: Θερμόμετρα ακίδας -Test report according to DIN EN 10204/22 LUFFT C100/C110/C120.

Η διακρίβωση των θερμομέτρων θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια του αναδόχου και θα χωριστεί σε δύο χρονικές φάσεις.

1^η Φάση: Παράδοση δύο Θερμομέτρων –Scan Temp 440 Noncontact IR-Thermometer with thermocouple socket and laser sight, τα οποία θα είναι παραδοτέα από τον ανάδοχο εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής τους.

2^η Φάση: Μετά την ολοκλήρωση της 1^η Φάσης θα γίνει παράδοση δύο Θερμομέτρων-Θερμόμετρα ακίδας -Test report according to DIN EN 10204/22 LUFFT C100/C110/C120, τα οποία θα είναι παραδοτέα από τον ανάδοχο εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής τους.

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Χ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ

Β.ΜΠΕΛΙΤΣΗ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ