

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ
2018**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Το θερμόμετρο θα πρέπει να είναι για στερεά, ημίρρευστα, ρευστά τρόφιμα.
- Με μεγάλη ευανάγνωστη, φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (Liquid Crystal Display) η οποία θα έχει ένδειξη της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) και ένδειξη πτώσης ενέργειας της μπαταρίας του.
- Η διάταξη ανίχνευσης ή αισθητήρας της θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και να διατίθεται σε μήκη από 5 μέχρι 25 εκατοστά και να καταλήγουν σε στενότερη αισθητήρια αιχμή. Το συνολικό βάρος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 400 γραμμάρια.
- Επιπλέον θα πρέπει να έχει και αισθητήρα για μέτρηση σε κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Το εύρος της θερμοκρασίας θα πρέπει να κυμαίνεται από -40 έως και +300 βαθμούς Κελσίου (°C).
- Θα έχει βαθμό ακριβείας μικρότερο από $\pm 0,2$ βαθμούς Κελσίου (°C), και βαθμό ανάλυσης 0,01.
- Ο χρόνος ανταπόκρισης του θερμομέτρου σε περιοχή θερμοκρασιών από -25 έως και +150 βαθμών Κελσίου (°C) θα πρέπει να είναι μέχρι 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της εισαγωγής του θερμομέτρου στο δείγμα τροφίμου.
- Να διαθέτει δυνατότητα παγώματος της τιμής μέτρησης (HOLD).
- Να διαθέτει δυνατότητα εμφάνισης μέγιστης, ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας καθώς και μέσο όρο με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Να κλείνει από μόνο του αν δεν χρησιμοποιείτε μετά από κάποιο διάστημα.
- Η μπαταρία θα πρέπει να είναι λιθίου και να διαρκεί το ελάχιστο 500 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και να αντικαθίσταται εύκολα από το χρήστη.
- Το όργανο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ISO 9000 ή νεότερο και θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.
- Το όργανο θα πρέπει να είναι διακριβωμένο για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Ο Εισηγητής

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Υπηρεσιών
Ιατρικής & Δημοσίας
Υγείας

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Παιδικών
Σταθμών

Δημήτρης Κουμέντης

Αμαλία Λιάνη

Αναστασία Πουλακίδα

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚ.
ΈΤΟΥΣ 2018**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Φορητό ψηφιακό θερμόμετρο ακίδας	803,33 €	1	803,33 €
			Σύνολο	803,33 €
			Φ.Π.Α. 24%	192,80 €
			Γενικό Σύνολο	996,13 €

Γενικό σύνολο ευρώ # 996,13 # συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει το Φ.10 Δ.15 ΚΑ 6631.004 «Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο τροφίμων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ο Εισηγητής

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Υπηρεσιών
Ιατρικής & Δημοσίας Υγείας

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Παιδικών
Σταθμών

Δημήτρης Κουμέντης

Αμαλία Λιάνη

Αναστασία Πουλακίδα