

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &
 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προμήθεια θερμομέτρων
 υπερύθρων μετώπου και
 ανταλλακτικών για την λειτουργία
 τους, για τις ανάγκες των Παιδικών
 Σταθμών και των Παιδιάτρων του
 Δ.Β.Α. στο πλαίσιο των μέτρων
 αποφυγής και περιορισμού της
 διάδοσης του κορωνοϊού,
 Προϋπολογισμού Οικονομικού
 Έτους 2020.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια θερμομέτρων υπερύθρων μετώπου και ανταλλακτικών για την λειτουργία τους για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Παιδιάτρων του Δ.Β.Α. στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, αναλυτικά ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ	• Μέτρηση χωρίς επαφή • Εύκολο στη χρήση • Γρήγορο στη μέτρηση με ανώτατο όριο 3 δευτερόλεπτα • Βαθμός ακριβείας έως +/- 0,3° C • Αυτόματη απενεργοποίηση • Να διαθέτει οθόνη φωτιζόμενη • Ηχητική ή οπτική ειδοποίηση σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας • Υπολογισμός θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου και Φαρενάιτ • Εύρος μέτρησης για το ανθρώπινο σώμα 32° C-43° C • Μνήμη τελευταίων μετρήσεων • Στη συσκευασία να περιλαμβάνονται αλκαλικές μπαταρίες τύπου 3A • Να περιλαμβάνονται Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα
2.	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ	• Αλκαλικές 3A, • 1.5 Volt, • Χωρίς Μόλυβδο (Md), Κάδμιο (Cd) • Ni-Mh ή ZN/MNO2 • Ύψος: 44,5mm, Διάμετρο 10,5mm, • Σε πλαστικοποιημένη συσκευασία

ΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά δείγμα των αναφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. Όλα τα είδη θα βρίσκονται σε καινούργια συσκευασία, άθικτη και αναλλοίωτη.

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

Επιπλέον υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τον οικονομικό φορέα

1. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ

- Πιστοποίηση ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας
- Βεβαίωση συμμόρφωσης για την «σήμανση» CE

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και καλύπτονται με **εγγύηση καλής λειτουργίας** διάρκειας τουλάχιστον **ενός έτους** από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ

- Πιστοποίηση ISO 9001 ή νεώτερη της κατασκευάστριας εταιρείας.

Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο είδος είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και η ημερομηνία λήξης των ειδών είναι **τουλάχιστον 4 έτη** μετά από την ημερομηνία παραλαβής.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και με εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό, ύστερα από επιμελημένη συσκευασία και με δαπάνη του προμηθευτή.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών της εν λόγω προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των ειδών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των ειδών και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Χ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ

Μ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Α. ΛΙΑΝΗ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προμήθεια θερμομέτρων υπερύθρων μετώπου και ανταλλακτικών για την λειτουργία τους, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Παιδιάτρων του Δ.Β.Α. στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, Προϋπ. Οικ. Έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο παρών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την προμήθεια θερμομέτρων υπερύθρων μετώπου και ανταλλακτικών για την λειτουργία τους, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Παιδιάτρων του Δ.Β.Α. στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € #4.966,20# (Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών) και θα καταλογισθεί σε βάρος των παρακάτω πιστώσεων συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ως εξής:

Α) το ποσό των € #4.464,00# (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ) στον Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 7135.004 «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού Π.Σ.» και Β) το ποσό των € #502,20# (πεντακοσίων δύο ευρώ και είκοσι λεπτών), στον Φ15 – Δ15 Κ.Α. 6699.028 «Λοιπές προμήθειες και ανταλλακτικά για ιατρικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό ελέγχου τροφίμων».

Αναλυτικότερα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%			ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	Θερμόμετρο υπερύθρων μετώπου CPV: 38412000-6	Τεμάχιο	90	40,00	3.600,00			864,00	4.464,00
2	Μπαταρίες για θερμόμετρα υπερύθρων μετώπου CPV:31411000-0	Τεμάχιο	1.500	0,25	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (0,02 €/ΤΜΧ)	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	97,20	502,20
					375,00	30,00	405,00		
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			961,20	4.966,20

	ΠΟΣΟ	Φ.Π.Α.24%	ΣΥΝΟΛΟ
Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 7135.004	3.600,00	864,00	4.464,00
Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6699.028	405,00	97,20	502,20

ΑΘΗΝΑ 23/09/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Π. ΣΑΜΑΡΑ

Α. ΛΙΑΝΗ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ