

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Ρόδου 181
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10443
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Μπαρμπάρεσος
ΤΗΛ.: 210 – 51.02.479
Ηλ. Ταχυδρομείο: dbaerop@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Θερμομέτρου για τον έλεγχο των τροφίμων για τις ανάγκες των μαγειρείων του Δ.Β.Α.,προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές-τεχνική έκθεση αφορούν στην προμήθειαθερμομέτρου για τον έλεγχο των τροφίμων γιατις ανάγκες των μαγειρείων του Δ.Β.Α.,Προϋπ. Οικονομικού Έτους 2021 αναλυτικά ως εξής:

<u>ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ:</u>
• Το θερμόμετρο θα πρέπει να είναι για στερεά, ημίρρευστα και ρευστά τρόφιμα. • Με φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LiquidCrystalDisplay) ή οποία θα έχει ένδειξη της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) και ένδειξη πτώσης ενέργειας της μπαταρίας του. • Η διάταξη ανίχνευσης, ή αισθητήρας της θερμοκρασίας θα πρέπει να έχει σκόπευση LASER και την δυνατότητα υπέρυθρης μέτρησης της θερμοκρασίας. Το συνολικό βάρος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 γραμμάρια. • Το εύρος τη θερμοκρασίας θα πρέπει να κυμαίνεται από -30 μέχρι και +300 βαθμούς Κελσίου (°C). • Θα έχει βαθμό ακριβείας από $\pm 0,2$ βαθμούς Κελσίου (°C) ή και μικρότερη και βαθμό ανάλυσης 0,1. • Ο χρόνος ανταπόκρισης του θερμομέτρου σε περιοχή θερμοκρασιών από -25 έως και +150 βαθμών Κελσίου (°C) θα πρέπει να είναι μέχρι 1 δευτερόλεπτο από τη στιγμή της μέτρησης στο δείγμα τροφίμου. • Να διαθέτει δυνατότητα παγώματος της τιμής μέτρησης (HOLD). • Να διαθέτει δυνατότητα εμφάνισης μέγιστης, ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας καθώς και μέσο όρο με το πάτημα ενός κουμπιού. • Να διαθέτει αναλογία απόστασης προς περιοχή μέτρησης 11:1. • Να διαθέτει οπτική ή ηχητικήένδειξη αλάρμ ή και τα δύο. • Η μπαταρία θα πρέπει να είναι λιθίου και να διαρκεί το ελάχιστο 18 ώρες συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασία δωματίου και να αντικαθίσταται εύκολα από το χρήστη. • Το όργανο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ISO 9001 ή νεότερο και θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο τουλάχιστον. • Το όργανο θα πρέπει να είναι διακριβωμένο για τουλάχιστον ένα (1) έτος. • Το όργανο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρησιμοποίηση κάτω από τα πρότυπα του συστήματος ISO 22000.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., ύστερα από επιμελημένη συσκευασία και με δαπάνη του προμηθευτή.

Ως χρόνος παράδοσης της εν λόγω προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο του είδους και που θα οφείλεται στην κακή ποιότητάτου, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει φάκελο τεχνικής προσφοράς που θα περιέχει:

1. ISO 9001 ή νεώτερο της κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο είδος θα είναι διακριβωμένο για 1 έτος.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του.
4. Προσπεκτους με τα χαρακτηριστικά του οργάνου, στα ελληνικά.

ΑΘΗΝΑ: 22/04/2021

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Χ.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ

Α. ΛΙΑΝΗ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ρόδου 181
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10443
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Μπαρμπάρεσσος
ΤΗΛ.: 210 – 51.02.479
Ηλ. Ταχυδρομείο: dbaerop@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Θερμομέτρου για τον έλεγχο των τροφίμων για τις ανάγκες των μαγειρειών του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας Θερμομέτρου για τον έλεγχο των τροφίμων για τις ανάγκες των μαγειρειών του Δ.Β.Α., ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **€#210,80# (διακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ15 – Δ15 Κ.Α. 7135.018 «Προμήθεια θερμομέτρων για τον έλεγχο τροφίμων»** προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αναλυτικά ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (σε €)	Φ.Π.Α. 24% (σε €)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)
1	Θερμόμετρο χειρός υπέρυθρης ακτινοβολίας	Τεμάχιο	1	170,00	40,80	210,80
			Σύνολο	170,00	40,80	210,80

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών στο 100% της αξίας του παραστατικού, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής το Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΘΗΝΑ: 22/04/2021

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Χ.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ

Α. ΛΙΑΝΗ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ